調達要求番号：

<table>
<tr><td colspan="4">陸　上　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物　品　番　号</td><td></td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">模型，看護実習用，多機能型</td><td colspan="2">ＧＭ－Ｔ１０７０９８</td></tr>
<tr><td>防衛大臣承認</td><td>年　月　日</td></tr>
<tr><td>作　　成</td><td>平成２１年　6月１９日</td></tr>
<tr><td>変　　更</td><td>年　月　日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補給統制本部　衛 生 部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の看護実習用模型について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログ等によって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造会社の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ Ｚ ８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c)　**法令等**

薬事法（昭和３５年法律第１４５号）

薬事法施行規則（昭和３６年厚生省令第１号）

2　製品に関する要求

2.1　製造承認等

製造承認等は，次による。

a)　“薬事法”によって，医療機器として製造（輸入）承認された製品であるものとする。

b)　医療機器として製造（輸入）承認を要しない製品の場合は，“薬事法施行規則”によって，医療機器製造（輸入）品目として許可を得ているもの，又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

2.2　**製品名・製造会社名**

製品名及び製造会社名は，**表1**に示す製品名及び製造会社又は同等品（他社製品を含む。）による。

表1－製品名・製造会社名

製品名	製造会社名
ﾌｨｼﾞｶﾙ　ｱｾｽﾒﾝﾄ　ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾓﾃﾞﾙ　Physiko	㈱京都科学

2.3　**構成**

構成は，**表2**による。

表2－構成

番号	名称	数量[a]	規格等
1	模型本体	1	――
2	パソコン，解説表示用	1	ノート型，マウス付き
3	血圧計	1	模型専用
4	電極	1	心電計用
5	衣類上下	1	模型用
6	携帯型送信機（マイク）	1	――
7	テーブル，模型用	1	キャスタ付き
8	ワゴンテーブル，パソコン用	1	キャスタ付き
9	心電計	1	――
注[a]　規定の数量と異なる場合は，調達要領指定書によって指定する。			

2.4　**材料・加工方法**

材料及び加工方法は，製造会社の定めた仕様及び規格による。

2.5　**構造・形状・寸法・質量**

構造，形状，寸法及び質量は，製造会社の定めた仕様及び規格による。

2.6　**性能**

性能は，次によるほか，製造会社の定めた仕様及び規格による。

a)　多様な疾患症例を再現できるものとする。

b)　瞳孔反射が確認できるものとする。

c)　血圧測定が可能なものとする。

d)　動脈拍動の触診が可能なものとする。

e)　胸部の腹側面と背側面で，肺音の聴診が可能なものとする。

f)　胸部からの心音が聴診できるものとする。

g)　腹部音（腸雑音）の聴診が可能なものとする。

h)　心電計を接続しての実習が可能なものとする。

i)　パソコンと連動し，各症例の解説を表示できるものとする。

j)　パソコンは，15インチ以上のTFTモニタ，OS：Turbolinux又は相当以上，CPU:インテルCore2Duoプロセッサ又は相当以上，メモリ：512MB以上，HDD:40GB以上とする。

k)　心電計は，模型及び医療用（実際の人に対して）で使用できるものとする.

2.7　**外観**

外観は，きず，汚れ等がなく，仕上げが良好なものとする。

2.8　**製品の表示**

製品の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a) 製品の表示は，納入品の見やすい適当な箇所に，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3及びＮＤＳ Ｚ ８０１１による１種銘板を表示する。

b) １種銘板の取得番号は，“０２６８２０１”とする。

3 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は，特に調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.1による。

4.2 包装の表示

包装の表示は，特に調達要領指定書によって指定する場合を除き，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.2による。

5 その他の指示

5.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造会社の定めた仕様及び規格による標準附属品と標準予備品一式とする。

5.2 納入書類

5.2.1 添付書類

添付書類は，特に調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

a) 取扱説明書（日本語版） １部

b) 附属品明細表（様式適宜） １部

c) 納入品カタログ １部

5.2.2 提出書類

提出書類は，**表**3による。ただし，過去に納入実績があり，前回納入時と変更がない場合は，省略できるものとする。

表3－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	１部	陸上自衛隊補給統制本部衛生部
附属品明細表（様式適宜）			
納入品カタログ			

5.3 搬入調整

搬入調整は，特に調達要領指定書によって指定する場合を除き，搬入後，速やかに組立て及び調整を行うものとする。